Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:49

Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/orteza-stawu-lokciowego-z-regulacja-kata-zgiecia-z-ujeciem-reki-lub-bez-humertec-94302-di-p-6255.html



# Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez HUMERTEC® 94302 D/I

| | |
|---|---|
| Cena | **950,00 zł** |
| Numer katalogowy | **94302 D/I** |
| Producent | **Orliman** |

## Opis produktu

Stabilizator składa się z dwóch części połączonych monocentrycznymi szynami bocznymi, które pozwalają na regulację kątową zgięcia i wyprostu, w zakresie od 0 do 90 stopni w odstępach 30 stopniowych. Szyny wsunięte są w kieszenie utworzone przez dodatkowe warstwy materiału przyczepionego za pomocą micro-velcro, takie rozwiązanie pozwala na szybką i łatwą regulację na długość. Nakładki tworzące kieszenie mają anatomiczny kształt oraz są dodatkowo perforowane by zwiększyć odpływ nadmiaru ciepła z ciała. Rękawy ramienny i przedramienny z zewnątrz wykończone są welurem, natomiast wewnętrzna część, która ma bezpośredni start z ciałem posiada wykończenie frotte. Wewnętrzne plastikowe sztywniki zwiększają sztywność i zwiększają stopień stabilizacji ortezy natomiast taśmy dociągowe mają szersze końce zapobiegające wysuwaniu się taśm ze sprzączek.

**Zastosowanie:**
złamania przez-stawowe kości ramiennej w obrębie stawu łokciowego, złamania jednej trzeciej dalszej kości ramiennej, złamania nadkłykciowe, złamania kości łokciowej, promieniowej, złamania patologiczne (Osteolisis, Metastasis), po zabiegach chirurgicznych w obrębie więzadeł stawu łokciowego.W nueropraxii (czasowe porażenie) na skutek urazu, w przypadku porażenia nerwu promieniowego zaleca się stosowanie wersji z ujęciem kciuka.

**Działanie:**
wysoki stopień dopasowania i stabilizacji oraz możliwość kontroli zakresu i ustawienia kończyny górnej w stawie łokciowym.

**Zakładanie:**
JEŻELI SZYNY BYŁY WYCIĄGANE W CELU USTAWIENIA REGULACJI, MUSZĄ BYĆ WŁOŻONE POMIĘDZY WKŁADKI PLASTIKOWE A MATERIAŁ. Produkt musi być zakładany i dopasowywany przez lekarza, technika ortopedę lub fizjoterapeutę. Najpierw należy dopasować wkładki i szyny do budowy pacjenta, ustawić żądany kąt w stawie łokciowym, następnie założyć ujęcia ramienne i przedramienne, w dalszej kolejności wsunąć szyny w odpowiednie miejsca. Oś szyn powinna pokrywać się z osią stawu, następnie należy dociągnąć taśmy stabilizujące. Zegar oferuje możliwość ustawienia kątowego poprzez dołączony klucz imbusowy.

**Pakowanie:**D-prawy / I-lewy.

**Długość:**długość stabilizatora może być regulowana od 42 do 44 cm.

**Kolor:**szary.

### Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | Obwód w połowie ramienia | Obwód w połowie | Obwód nadgarstka w modelach |
|---|---|---|---|

| | (cm) | przedramienia (cm) | 94301/94302 |
|---|---|---|---|
| S | 26-32 | 20-25 | |
| M | 32-37 | 25-30 | 18-22 |
| L | 37-43 | 30-35 | >22 |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: S , M , L
**TYP**: lewy , prawy