

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 12:50

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pionizator-kotek-i-p-5585.html>



## Pionizator KOTEK I™

Cena **5 000,00 zł**

Numer katalogowy **KOTEK I™**

Producent **Akces-Med**

### Opis produktu

Pionizator **KOTEK I™** powstał z myślą o przedniej pionizacji dzieci, u których dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiają samodzielne przyjmowanie pozycji stojącej. Pionizacja przyczynia się do zdobywania przez dziecko nowych doświadczeń płynących z obserwacji najbliższego otoczenia oraz stymuluje jego rozwój psychofizyczny. Ponadto reguluje ona procesy fizjologiczne oraz dotlenia organizm dziecka. **KOTEK I™** daje wiele korzyści podczas jego użytkowania.

Możliwość łatwej i płynnej zmiany kąta pochylenia (od **25°** do **85°**) nawet z dzieckiem w urządzeniu. Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w **KOTKU I™** bardzo pewnie i bezpiecznie.

W trosce o małego użytkownika produkt został wykonany z ekologicznych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska materiałów.

### SZCZEGÓLNE ZALETY

#### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

#### Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

#### Cicha praca

Zastosowanie w wyrobie sprężyny gazowej lub siłownika elektrycznego zapewnia cichą pracę urządzenia.

#### Tapicerka przestrzenna

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

---

## Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

## Wspomaganie pneumatyczne

Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta pochylenia urządzenia.

## Stopki z regulacją 3D

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korektę ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

## Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

## Dodatkowo:

- Sprężyna pneumatyczna pomaga ustawić właściwy kąt pionizacji
- Peloty piersiowe z regulowanym pasem zabezpieczającym
- Stolik z pojemnikiem na zabawki

# WSKAZANIA DO STOSOWANIA

## Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

# PRZECIWWSKAZANIA

W trakcie trwania pionizacji należy obserwować osobę pionizowaną. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zblednięcia, pocenie się lub zasłabnięcia, przeciążenie stawów i wynikające z tego deformacje ciała, terapię należy przerwać. Dalsze postępowanie należy skonsultować z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, który przepisiał pomoc.

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do pionizacji jest krytyczny stan użytkownika.

Przeciwwskazania względne do pionizacji:

- Nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej **200/110 mmHg**, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, nieustabilizowana astma, nieustabilizowane zaburzenia metaboliczne, umiarkowane stadium choroby zastawek serca.
- Każdy stan, taki jak gojące się złamanie lub ciężka osteoporoza, który uniemożliwia obciążenie ciężarem własnego ciała w jakikolwiek sposób.
- Złamanie z niepełnym zrostem, chyba że uzyskano zgodę lekarza.
- Pooperacyjne ograniczenia dotyczące obciążania stawów.
- Ból związany ze stanem w pionizatorze (spowodowany podwichnięciem lub zwichnięciem biodra, nadmiernym rozciąganiem tkanek miękkich, nadmiernym uciskiem). Podwichnięcie lub zwichnięcie stawu biodrowego przy braku dolegliwości bólowych nie jest przeciwwskazaniem.

Osoby ze znacznym zgięciem w stawach biodrowych lub kolanowych, a także z przykurczami w obrębie stawu skokowego, mogą nie być w stanie korzystać z pionizatora. Należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że pozycja w urządzeniu nie powoduje nadmiernego ucisku lub rozciągania zmienionych chorobowo obszarów ciała. W takich przypadkach pionizacja może być przeciwwskazana do czasu uzyskania większego zakresu ruchu w przykurczonych stawach. W przypadku osób

z upośledzonym układem krążenia (nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej **200/110 mmHg**, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, umiarkowane stadium choroby zastawek serca); układem oddechowym (nieustabilizowana astma) oraz nieustabilizowanymi zaburzeniami metabolicznymi, konieczne jest ściśle monitorowanie użytkownika podczas przebywania w pozycji stojącej, aby zapobiec poważnym powikłaniom. Obejmuje to w szczególności kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości akcji serca i wszelkich objawów nadciśnienia ortostatycznego.

## Tabele rozmiarowe

Symbol	Opis	Jednostka
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]
A	rozstaw pelot biodrowych	[cm]
A <sub>1</sub>	rozstaw pelot piersiowych	[cm]
C	regulacja wysokości pelot biodrowych	[cm]
C <sub>1</sub>	regulacja wysokości pelot piersiowych	[cm]
B/B <sub>1</sub>	głębokość pelot biodrowych/piersiowych	[cm]
	długość stopki	[cm]
	szerokość stopki	[cm]
E	kąt pochylenia pionizatora	[°]
	max. waga użytkownika	[kg]

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

\* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

\*\* Pionizator standardowo wyposażony jest w stopki w rozmiarze XS. (Możliwość zamiany na rozmiar S podczas składania zamówienia).

## Wymiary i waga sprzętu

Wymiar	Jednostka
Szerokość	[cm]
Długość	[cm]
Wysokość	[cm]
Waga produktu	[kg]

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

## OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA PIONIZATOR

**Kod środka**  
**Przeznaczenie**  
**Odpłatność**  
**Okres używalności**  
**Lekarze upoważnieni**

**Limit NFZ**

**S.10.01**  
**Pionizator**  
**Bezpłatnie do wysokości limitu**  
Raz na 5 lat  
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  
**3000 zł**

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ