

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pulsoksymetr-beurer-po-30-p-11206.html>



## Pulsoksymetr BEURER PO 30

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Numer katalogowy | <b>PO 30 AGITO</b>   |
| Kod producenta   | <b>PO 30 AGITO</b>   |
| Kod EAN          | <b>4211125454302</b> |
| Producent        | <b>Beurer</b>        |

### Opis produktu

Mały i lekki – do zastosowania w domu i podróży

Pulsoksymetr PO 30 niemieckiej firmy Beurer służy do nieinwazyjnego pomiaru:

- saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO<sub>2</sub>),
- częstotliwości rytmu serca (PRbpm).

Wartość saturacji tlenem określa, ile procent hemoglobiny we krwi tętniczej jest nasyconych tlenem. Jest to ważny parametr podczas oceny wydolności układu oddechowego.

Pulsoksymetr wykorzystuje do pomiaru promienie o dwóch długościach, które padają na palec włożony do środka urządzenia.

Niska saturacja tlenem jest zazwyczaj spowodowana chorobami (choroby układu oddechowego, astma, niewydolność serca etc.). U osób, u których stwierdzono niski poziom saturacji tlenem, można zaobserwować następujące symptomy: duszności, zaburzenia rytmu serca, spadek formy, nerwowość i nagłe oblewanie się potem. Chroniczny i rozpoznany niski poziom saturacji tlenem wymaga opieki lekarskiej i regularnych pomiarów za pomocą pulsoksymetru. Wyjątkowo niski poziom saturacji tlenem, z symptomami towarzyszącymi lub bez nich, należy natychmiast zgłosić lekarzowi, ponieważ może to zagrażać życiu.

Pulsoksymetr może być stosowany:

- w szczególności przez pacjentów z grupy ryzyka, czyli z chorobami serca, astmatyków,
- ale także przez sportowców i zdrowe osoby, które są bardzo aktywne fizycznie (np. alpinieści, narciarze czy piloci).

Pulsoksymetr nadaje się do użytku prywatnego (w domu, w podróży) oraz do celów medycznych (szpitale, placówki opieki zdrowotnej).

Wyrób medyczny